

精度管理一覧【2026年度 第2版】

熊本再春医療センター 治験管理室

検査室 (外部認証)	証明書	認定・認定期間
	①一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会(2025) ②社団法人 日本医師会(R7年度 第59回) ③財団法人 日本医療機能評価機構	① 2025/8/27認定 ② 2026/2/16認定 ③ 認定期間:2023.3.17~2028.3.16

※第1版からの改訂箇所を赤字記載

No.	機器名	メーカー(型番)	保証期限	設置場所	管理方法
1	体温計	テルモ電子体温計C207 2本	保証期限 2027/3/2	診察室7番 (治験用)	使用前点検を実施し記録を残す。また、保証期間内に 買い換える
2	血圧計	テルモ 電子血圧計H56(コード番号:ES-H56)	保証期限 2027/3/2		
3	パルスオキシメーター	Dretec パルスオキシメータ OX-105	保証期限 2027/6/1		
4	身長・体重計	電気抵抗線式はかり 器物番号7264 KANSAI SEIKI KA-510	計量法 2025/11/05-06 実施済 次回 2027年秋予定	外来待合C	使用前作動点検の実施し記録を残す。 業者点検:計量法に従って隔年秋に定期点検
		電気抵抗線式はかり 器物番号19100125 TANITA(車椅子用)PW-650A		外来(廊下)	
		電気抵抗線式はかり seca 器物番号1285006148550		外来待合D	
		電気抵抗線式はかり (体重のみ) 器物番号P2402240 AD-6107P		外来待合B	
5	身長・体重計 【小児科】	電気抵抗線式はかり seca 器物番号1285338148635		小児科	
6	検体保管用 冷蔵庫	福島工業(株)FMS-F		検査室	保証期間内の温度計を用い、最高・最低温度を目視で 確認し記録を残す(平日のみ)。万一機器故障が発生し た場合には修理を依頼し、検体を院内他の機器へ移動 させ温度を記録する。
	温度計	(株)佐藤計量器 PC-3510	保証期限 2027/7/31		
7	検体保管用 冷凍庫	Panasonic MDF-237-PJバイオメディカルフリーザー		検査室	
	温度計	(株)佐藤計量器 PC-3510	保証期限 2027/7/31		
8	検体保管用 DeepFreezer	SANYO ULTRA LOW		細菌室	検査科の温度チェックLogあり(平日のみ)。 治験検体保管時には保証期間内の温度計を用い、最 高・最低温度を目視で確認し記録を残す(平日のみ)。 万一機器故障が発生した場合には修理を依頼し、検体 を院内他の機器へ移動させ温度を記録する。
	温度計	アズワン データロガーおんどりJr. TR45	保証期限 2027/7/31		
9	遠心分離機	KUBOTA Model 5911	最終点検日 2025/12/11	検査室	始動時に点検を実施し記録を残す。異常時は点検・修 理を依頼する。 年1回の保守点検を実施。
10	薬剤保管用 冷蔵庫①	Panasonic(MPR-514-PJ)		薬剤部 治験薬保管庫	本体アラームあり、異常時点検・修理依頼する。治験薬 保管時は保証期間内の温度計を用い、最高・最低温度 を目視で確認し記録を残す(②③平日のみ)。尚、当院 の手順を上回る品質確保が必要な場合には、各試験依 頼者と協議し、規定外事項を決定する。
11	薬剤保管用 冷蔵庫②	SANYO(MPR-214F)			
12	薬剤保管用 冷蔵庫③	SANYO(MPR-214FS)			
13	治験薬常温保管庫	温度計:testo174T (0572.1560)	保証期限 2026/12/20		保証期間内の温度計を用い、最高・最低温度を目視で 確認し記録を残す。 定期的(3か月程度)にデータ抽出し、上記と共に保管。
14	X線	■島津製作所:Red Speed Pro CM pack ◆FUJIFILM: CALNEO Smart C12、 S47、S77 PT(臥位)/PU C(立位)	1回/年実施	放射線科 1室	始業・終業時に毎日点検しPC内にLogあり。 年に1回スポット点検。点検報告書あり
15	CT	SIEMENS SOMATOM Definition Edge	2回/年実施	放射線科	定期点検 年2回。点検後の報告書あり。
16	MRI	Philips(Ingenia 1.5T)	2回/年実施	放射線科	定期点検 年2回。点検後の報告書あり。
17	心電計	フクダ電子 FCP-9800	最終点検日 2026/4/27	検査室	始業時および実施に校正確認。定期点検 年1回、点検 後の報告書あり。
18	スパイロメーター	CHEST CHESTAC8900		検査室	肺機能制度管理検証表の手順に沿って、月1回点検し 記録あり。